

CERTIFICAT

Nous confirmons que la sorbonne identifiée
«**SPI VISIO 1800** » fabriquée et conçue par la Société

POSSEME
La Chapelle Gaceline
Zone des Boussards
56 200 LA GACILLY

A subi avec succès les tests aérauliques
avec une hauteur d'ouverture de 500 mm

Conformément aux normes NF EN 14175-3 d'Août 2004
et NF X 15-206 de Septembre 2010

L'ensemble des résultats des essais aérauliques figure dans le rapport

D13.12.405b_POSSEME_SPI VISIO 1800 à 500 mm

Ce document a été transmis au fabricant de la sorbonne

Date de la certification : Février 2014

Société Responsable de la Validation :

Dantec Dynamics

8 Rue Gutenberg

ZI de la Butte

91 620 NOZAY

Directeur de la Société : Christian TANGUY

« P/O », Monsieur Loïc CONAN

